

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	院内部門連携	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	32GB	
4	HDD	900GB×4本	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	バックアップサーバ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	8GB 以上	
4	HDD	2TB以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠	
7	OS	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	薬剤部門_メインサーバー	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	Xeon Silver 4510 プロセッサー (2.40GHz、12コア、30MB)×1 以上	
3	メモリ	16GB(16GB 5600 RDIMM×1) 以上	
4	HDD	アレイタイプ-1.8TB×2(RAID1) 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択 以上	
7	OS	Windows Server 2022 Standard(16コア) 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	薬剤部門_アプリサーバー	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	Xeon Silver 4510 プロセッサー (2.40GHz、12コア、30MB)×1 以上	
3	メモリ	16GB(16GB 5600 RDIMM×1) 以上	
4	HDD	アレイタイプ-1.8TB×2(RAID1) 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択 以上	
7	OS	Windows Server 2022 Standard(16コア) 以上	
8			
9			
10			

【備考】

※OS Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付きインストール Windows Server 2022 Standard インストール
ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	薬剤部門_WEBサーバー	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	Xeon Silver 4510 プロセッサ (2.40GHz、12コア、30MB)×1 以上	
3	メモリ	16GB(16GB 5600 RDIMM×1) 以上	
4	HDD	アレイタイプ-1.8TB×2(RAID1) 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 以上	
7	OS	Windows Server 2022 Standard(16コア) 以上	
8			
9			
10			

【備考】

※OS Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付きインストール Windows Server 2022 Standard インストール
 ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
 無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	院内イントラシステム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	Xeon E3-1220v6 (3.0GHz/4コア/8MB) 以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	300GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
 無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	看護勤務割システム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	300GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	検査システム_メイン	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	Xeon E-2334 3.4GHz 以上	
3	メモリ	32GB 以上	
4	HDD	1TB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	検査システム_IF	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	Xeon E-2334 3.4GHz 以上	
3	メモリ	32GB 以上	
4	HDD	1TB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	健診システム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	600GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	物流システム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	900GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	インシデント管理システム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	600GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	診療情報管理システム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	1.2TB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8	ソフトウェア	Microsoft Office 2021 (Word、Excel)	
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

品 名	栄養管理システム	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	ラックマウント型	
2	CPU	インテル Xeon E-2400シリーズ相当以上	
3	メモリ	16GB 以上	
4	HDD	300GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 × 2	
7	OS	Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上	
8			
9			
10			

【備考】

ディスプレイ、キーボード、マウスについてはラックマウント型のコンソール機器を必要数準備すること
無停電電源装置についてはラックマウント型を採用し、十分な電源容量を確保すること

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	電カル・医事用クライアント	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	デスクトップ型(高精細あり)	
2	CPU	インテル(R) Core(TM) i5-12500プロセッサ	
3	メモリ	8GB	
4	HDD	256GBフラッシュメモリディスク	
5	キーボード&マウス	USBキーボード&USBマウス(光学式)	
6	光学ドライブ	DVD-ROMドライブユニット 以上	
7	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠	
8	ディスプレイ	23.8インチフルHDワイドディスプレイ	
9	OS	Windows 11Pro 64bit	
10	数量	7	

【備考】

品 名	電カル・医事用クライアント	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	デスクトップ型	
2	CPU	インテル(R) Core(TM) i5-12500プロセッサ	
3	メモリ	8GB	
4	HDD	256GBフラッシュメモリディスク	
5	キーボード&マウス	USBキーボード&USBマウス(光学式)	
6	光学ドライブ	DVD-ROMドライブユニット 以上	
7	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠	
8	ディスプレイ	23.8インチフルHDワイドディスプレイ	
9	OS	Windows 11Pro 64bit	
10	数量	144	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	電カル・医事用クライアント	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目	仕様			
1	筐体	ノート型			
2	CPU	インテル(R) Core(TM) i5-12500プロセッサ			
3	メモリ	8GB			
4	HDD	256GBフラッシュメモリディスク			
5	キーボード&マウス	USBキーボード&USBマウス(光学式)			
6	光学ドライブ	DVD-ROMドライブユニット 以上			
7	ネットワーク機能	有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 無線:無線LAN IEEE802.11a/b/g/n 以上			
8	ディスプレイ	15.6インチ フルHD			
9	OS	Windows 11 Pro 64 bit			
10	数量	46			

【備考】

品 名	オンライン資格確認端末	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目	仕様			
1	筐体	ノート型			
2	CPU	インテルCore i3-1215U プロセッサ			
3	メモリ	8GB			
4	HDD	128GBフラッシュメモリディスク 以上			
5	キーボード&マウス	テンキー付キーボード&USBマウス(光学式)			
6	光学ドライブ	DVD-ROMドライブユニット 以上			
7	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠			
8	ディスプレイ	15.6型 フルHD液晶			
9	OS	Win11 Pro 64bit			
10	数量	1			

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	薬剤部門_処方監査①	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	デスクトップ型	
2	CPU	インテル Corei3-13100(最大4.5GHz) 以上	
3	メモリ	8GB 以上	
4	SSD	256GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 以上	
7	OS	Windows11 Pro(64bit) 以上	
8	ディスプレイ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上	
9	キーボード&マウス	OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス	
10	数量	1	

【備考】

品 名	薬剤部門_処方監査②	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	デスクトップ型	
2	CPU	インテル Corei3-13100(最大4.5GHz) 以上	
3	メモリ	8GB 以上	
4	SSD	256GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 以上	
7	OS	Windows11 Pro(64bit) 以上	
8	ディスプレイ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上	
9	キーボード&マウス	OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス	
10	数量	1	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	薬剤部門_薬袋端末	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	デスクトップ型	
2	CPU	インテル Corei3-13100(最大4.5GHz) 以上	
3	メモリ	8GB 以上	
4	SSD	256GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 扱 以上	
7	OS	Windows11 Pro(64bit) 以上	
8	ディスプレイ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上	
9	キーボード&マウス	OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス	
10	数量	1	

【備考】

品 名	薬剤部門_注射監査兼抗菌薬管理端末	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	筐体	デスクトップ型	
2	CPU	インテル Corei3-13100(最大4.5GHz) 以上	
3	メモリ	8GB 以上	
4	HDD	256GB 以上	
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット	
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 扱 以上	
7	OS	Windows11 Pro(64bit) 以上	
8	ディスプレイ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上	
9	キーボード&マウス	OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス	
10	数量	1	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名		薬剤部門_麻薬管理端末	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目		仕様			
1	筐体		デスクトップ型			
2	CPU		インテル Corei3-13100(最大4.5GHz) 以上			
3	メモリ		8GB 以上			
4	SSD		256GB 以上			
5	光学ドライブ		内蔵DVD-ROMユニット			
6	ネットワーク機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 以上			
7	OS		Windows11 Pro(64bit) 以上			
8	ディスプレイ		23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上			
9	キーボード&マウス		OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス			
10	数量		1			

【備考】

品 名		検体検査システム専用端末	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目		仕様			
1	筐体		デスクトップ型			
2	CPU		インテル(R) Core(TM) i5-12500プロセッサ			
3	メモリ		8GB 以上			
4	HDD		256GB 以上			
5	光学ドライブ		内蔵DVD-ROMユニット			
6	ネットワーク機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 以上			
7	OS		Windows11 Pro(64bit) 以上			
8	ディスプレイ		23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上			
9	キーボード&マウス		OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス			
10	数量		7			

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	検体検査システム専用端末	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目	仕様			
1	筐体	ノート型			
2	CPU	インテル(R) Core(TM) i5-12500プロセッサ			
3	メモリ	8GB 以上			
4	SSD	256GB 以上			
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット			
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 以上			
7	OS	Windows11 Pro (64bit) 以上			
8	ディスプレイ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上			
9	キーボード&マウス	OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス			
10	数量	3			

【備考】

品 名	栄養管理システム専用端末	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目	仕様			
1	筐体	ノート型			
2	CPU	インテル(R) Core(TM) i5-12500プロセッサ			
3	メモリ	8GB 以上			
4	HDD	256GB 以上			
5	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMユニット			
6	ネットワーク機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 以上			
7	OS	Windows11 Pro (64bit) 以上			
8	ディスプレイ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ 以上			
9	キーボード&マウス	OADGキーボード(109キー/USB)/光学式マウス			
10	数量	1			

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	検体ラベルプリンタ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	印字方式	感熱方式が可能であること	
2	ヘッド密度	8dot/mmクラスのプリンタであること	
3	印字速度	150mm/秒以上であること	
4	印字幅	最大100mm以上であること	
5	用紙幅	115mm幅の用紙セットできること	
6	プリンタドライバ	Windows10/11に対応していること	
7	印字文字種	JIS第一水準、第二水準の漢字は、16×16ドット、22×22ドット、24×24ドット の大きさに印字可能なこと	
8	バーコード印字種	JAN、UPC A/E、EAN、Code39、Code93、Code128、NW-7、ITF、カスタマーバーコード等のバーコード印字機能を有すること	
9	接続インターフェイス	USB(2.0)、LAN(100BASE-TX)、RS-232Cインタフェースを標準搭載していること。またプリンタサーバーを使用することなしにLAN接続可能であること	
10	印字障害チェック	印字障害時のサーマルヘッドチェック機能を有すること	
11	カッターユニット	利用目的に合わせて、フルカットとパーシャルカットをユニット交換しないで設定変更可能であること	
12	設定バックアップ機能	SDカードでプリンタ設定データのバックアップが可能であること	
13	重量	約4kg未満(接続ケーブル及びACアダプタは除く)であること	
14	寸法	198W×247D×181H(mm)以内であること	
15	数量	19	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名		薬剤部門ラベルプリンタ	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目		仕様			
1	印字方式		感熱方式が可能であること			
2	ヘッド密度		203dpi(8本 / mm)クラスのプリンタであること			
3	印字速度		最大 約203mm/秒以上であること			
4	印字幅		最大100mm以上であること			
5	用紙幅		115mm幅の用紙セットできること			
6	プリンタドライバ		Windows10/11に対応していること			
7	印字文字種		JIS第一水準、第二水準の漢字は、16×16ドット、22×22ドット、24×24、32×32、40×40 ドットの大きさで印字可能なこと			
8	バーコード印字種		UPC-A UPC-E JAN / EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC / EAN128) CODABAR(NW-7) ITF インダストリアル 2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタムバーコード POSTNET UPC アドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar等のバーコード印字機能を有すること			
9	接続インターフェイス		USB2.0 HighSpeed、LAN(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)、を標準搭載していること。またプリンタサーバーを使用することなしにLAN接続可能であること			
10	カッターユニット		利用目的に合わせて、フルカットとパーシャルカットをユニット交換しないで設定変更可能であること			
11	重量		約4kg未満(接続ケーブル及びACアダプタは除く)であること			
12	寸法		180W×240D×220H(mm)以内であること			
13	数量		4			

【備考】

お薬手帳ラベルプリンター×1台
 水剤外用ラベルプリンター×1台
 服薬指導ラベルプリンター×1台
 注射ラベルプリンター×1台
 計4台

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	リストバンドプリンタ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	印字方式	感熱方式/熱転写方式が可能であること	
2	ヘッド密度	12dot/mmクラスのプリンタであること	
3	印字速度	100mm/秒以上であること	
4	印字幅	最大100mm以上であること	
5	用紙幅	115mm幅の用紙セットできること	
6	プリンタドライバ	Windows10/11に対応していること	
7	印字文字種	JIS第一水準、第二水準の漢字は、16×16ドット、22×22ドット、24×24ドット の大きさで印字可能なこと	
8	バーコード印字種	JAN、UPC A/E、EAN、Code39、Code93、Code128、NW-7、ITF、カスタマーバーコード等のバーコード印字機能を有すること	
9	接続インターフェイス	USB(2.0)、LAN(100BASE-TX)、RS-232Cインタフェースを標準搭載していること。またプリンタサーバーを使用することなしにLAN接続可能であること	
10	印字障害チェック	印字障害時のサーマルヘッドチェック機能を有すること	
11	設定バックアップ機能	SDカードでプリンタ設定データのバックアップが可能であること	
12	重量	約4kg未満(接続ケーブル及びACアダプタは除く)であること	
13	寸法	198W×247D×181H(mm)以内であること	
14	数量	3	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	バーコードリーダ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	読み取り光源	赤色半導体レーザであること	
2	最小分解能	読み取り最小分解能は、0.127mmであること	
3	読み取り深度	30mmから500mmに対応すること	
4	読み取り速度	100スキャンmm/秒以上であること	
5	読み取りコード種類	JAN-13/8、UPC A/E、EAN、Code39、Code93、Code128、NW-7、ITF、GS1-128、PDF417、MicroPDF417バーコード等のバーコード読み取り機能を有すること	
6	読み取り確認	読み取り成功時、ブザー音・LED発光・バイブレータ振動の全て、又は選択が可能であること	
7	抗菌機能	本体の筐体は抗菌仕様とし、アルコールによるふき取り清掃も可能であること	
8	ハンズフリー読み取り機能	紙面検知機能を有し、バーコードの自動読み取りに対応できること	
9	接続インターフェイス	USB2.0インタフェースを有すること	
10	対応OS	Windows10/11に対応していること	
11	耐落下強度	高さ150cmからコンクリート床面に計 15 回自然落下させ、異常がないこと	
12	重量	約75g未満(接続ケーブルは除く)であること	
13	寸法	56.2W×158.6D×31.5H(mm)以内であること	
14	数量	43	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	電カル用プリンタ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	印刷方式	A4モノクロレーザプリンタ又はLEDプリンタであること。	
2	連続プリント速度	46枚/分(A4縦送り)以上であること。	
3	ファーストプリント	ファーストプリント時間は、スタンバイ時から7秒以内あること。	
4	両面印刷	両面印刷に対応すること。	
5	給紙量	給紙は手差し×1、カセット×2とし、3種類の用紙を常に装填できること。	
6	給紙量	A4用紙を800枚以上給紙できること。	
7	インターフェース	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0以上のポートをそれぞれ1ポート以上ずつ有すること。	
8	メモリー	1GB以上であること。	
9	製品寿命	製品寿命は、60万頁以上または7年のいずれか早い方であること。	
10	数量	59	

【備考】

品 名	電カル用プリンタ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	印刷方式	A3モノクロレーザプリンタ又はLEDプリンタであること。	
2	連続プリント速度	37枚/分(A4横送り)、23枚/分(B4縦送り)、20枚/分(A3縦送り)以上であること。	
3	ファーストプリント	ファーストプリント時間は、スタンバイ時から7秒以内あること。	
4	両面印刷	両面印刷に対応すること。	
5	給紙量	給紙は手差し×1、カセット×2とし、3種類の用紙を常に装填できること。	
6	給紙量	A4用紙を500枚以上給紙できること。	
7	インターフェース	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0以上のポートをそれぞれ1ポート以上ずつ有すること。	
8	メモリー	2GB以上であること。	
9	製品寿命	製品寿命は、60万頁以上または5年のいずれか早い方であること。	
10	数量	8	

【備考】

品 名	電カル用プリンタ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	印刷方式	A3カラーレーザプリンタ又はLEDプリンタであること。	
2	連続プリント速度	カラー、モノクロ共に36枚/分(A4横送り)、20枚/分(A3)、両面印刷時:27ページ/分(A4横送り) 以上であること。	
3	ファーストプリント	カラー、モノクロ共にスタンバイ時から13.9秒以内あること。	
4	両面印刷	両面印刷に対応すること。	
5	給紙量	給紙は手差し×1、カセット×2とし、3種類の用紙を常に装填できること。	
6	給紙量	A4用紙を870枚以上給紙できること。	
7	インターフェース	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0以上のポートをそれぞれ1ポート以上ずつ有すること。	
8	メモリー	2GB以上であること。	
9	製品寿命	製品寿命は、60万頁以上または5年のいずれか早い方であること。	
10	数量	4	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名		ハンディターミナル	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目		仕様			
1	ディスプレイ		解像度 横240×縦320ドット(QVGA) タッチパネル対応であること。			
2	CPU		ARM Cortex® Triple Coreであること。			
3	OS		Microsoft® Windows® Embedded Compact 7であること。			
4	バーコード読み取り		JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応), CODE128, GS1-128, CODE39, NW-7, CODE93, ITF, COOP2of5, インダストリアル 2of5, QRコード, マイクロ QR, DataMatrix(ECC200), PDF417, GS1 DataBar, 合成シンボルに対応すること。			
5	連続使用時間		約28時間以上あること。			
6	充電時間		約8.0時間(常温)以下であること。			
7	保護構造		IP64 (JIS 防沫型)以上であること。			
8	重量		約 217 g (充電電池パック装着時)相当であること。			
9	その他		Keyence専用OSのエミュレートが実行可能なこと。			
10	台数		5			

【備考】

品 名		シールプリンタ(レセシール)	区分	1.サーバ	2.クライアント	3.周辺機器
No	項目		仕様			
1	バーコード印字		JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NECに対応すること。			
2	インターフェース		LANポート(10BASE-T／100BASE-TX準拠)に以上を備えること。			
3	発行モード		連続発行／カット発行に対応すること。			
4	印刷方式		転写印刷方式(直接発色／熱転写)に対応すること。			
5	ドット密度		11.8ドット/mm 以上とすること。			
6	印字速度		50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒 に対応すること。			
7	数量		1			

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名	ハンディターミナル	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目	仕様	
1	ディスプレイ	6.0 型 解像度 1080 × 2160 タッチパネル対応であること。	
2	CPU	ARM® Octa Coreであること。	
3	OS	Android™ 15であること。	
4	バーコード読み取り	UPC/EAN/JAN (アドオンコード対応), CODE128, GS1-128, CODE39, Codabar (NW-7), CODE93, ITF, COOP2of5, インダストリアル2of5, QR コード, マイクロQR, DataMatrix (ECC200), PDF417, GS1 DataBar, 合成シンボル, MaxiCode, AztecCode, Postalに対応すること。	
5	連続使用時間	約19時間以上あること。	
6	充電時間	約3.5時間 (常温)以下であること。	
7	保護構造	IP68 (JIS 防塵防水型)以上であること。	
8	重量	約 235 g (充電電池パック装着時)相当であること。	
9	その他	Keyence専用OSのエミュレートが実行可能なこと。	
10	台数	15	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

品 名		ドキュメントスキャナ	区分	1.サーバ 2.クライアント 3.周辺機器
No	項目		仕様	
1	ADF読取速度(A4縦)		片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)※カラー、モノクロとも	
2	フラットベッド読取速度(A4縦)		片面:4秒/枚(200/300dpi)※カラー、モノクロとも	
3	1日当たりの読取目安		～4,000枚	
4	スキャナータイプ		自動給紙方式(ADF)＋フラットベッド	
5	スキャニングモード		片面/両面、カラー/グレースケール/モノクロ2値(バイナリ)	
6	イメージセンサー		カラーCIS×2(表面/フラットベッド×1、裏面×1)	
7	光源		R、G、B LED(3色光源切り替え)(表面/フラットベッド×1、裏面×1)	
8	原稿の厚さ		52～127g/m2	
9	マルチフィード検出		可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)	
10	外形寸法 幅×奥行×高さ		454×331×129mm	
11	数量		6	

【備考】

【別紙】サーバ及びクライアント機器仕様明細書

MX243W-BK

高精細カラーモニタ
今回導入する台数は1台とし、病院指定のモニタと交換すること。
画面サイズは、24.1型以上であること。
解像度は、1920×1200以上であること。
最大輝度は、410cd/m ² (typ)以上であること。
キャリブレーション推奨輝度180cd/m ² 以上であること。
コントラスト比は、1350：1(typ)以上であること。
DVI入力、DisplayPort入力が各1以上あること。
DisplayPort出力×1を有しており、DisplayPortによるデジチェーン接続が可能なこと。
画面内の輝度均一性を向上させる機能を搭載していること。
表示する画像に応じ、1画素毎にモノクロ・カラー画像を自動判別し、それぞれ適切な階調(DICOM GSDF、γ2.2)で表示が可能なこと。
内蔵センサーは、バックライトセンサーを有すること。
スクリーンセ이버やアプリケーションに連動し画面のON/OFFが自動でできる機能を有していること。
JESRA X-0093に準拠した、輝度・階調の測定、DICOM Part 14準拠のキャリブレーションができること。また出荷試験報告書を添付すること。
縦表示時の外観寸法が幅362mm以下、高さ543mm以下、奥行き200mm以下になること。なお高さ調整ができるスタンドの場合は最もスタンドを下げた状態の寸法とする。
PACS画像を表示するために必要となる場合は、以下のビデオボードを用意すること。なお、PCI-Express x16に対応し、ロープロファイルサイズ又はフルサイズ(ハーフピッチ)を選択できること。
電源ユニットをモニターに内蔵していること (ACアダプタ不可)
保証期間は5年間であること。

RX270-BK

高精細カラーモニタ
今回導入する台数は1台とし、病院指定のモニタと交換すること。
画面サイズは、21.3インチ以上であること。
解像度は、1200×1600以上であること。
最大輝度は、1000cd/m ² (typ)以上であること。
キャリブレーション推奨輝度500cd/m ² 以上であること。
DVI入力、DisplayPort入力が各1以上あること。
DisplayPort出力×1を有しており、DisplayPortによるデージーチェーン接続が可能なこと。
表示する画像に応じ、1画素毎にモノクロ・カラー画像を自動判別し、それぞれ適切な階調(DICOM GSDF、γ2.2)で表示が可能なこと。
内蔵センサーは、バックライトセンサー、フロントセンサー、照度センサーを有すること。
モニター筐体内に格納され、利用時のみ画面上に現れる表示を妨げない前面センサーを有し、キャリブレーション、輝度・階調測定が可能なこと。
事前にスケジュール設定をすることで、PC側の電源がOFFでもモニター単独で輝度・階調測定、キャリブレーションが実施できる機能を有していること。
スクリーンセ이버やアプリケーションに連動し画面のON/OFFが自動でできる機能を有していること。
JESRA X-0093に準拠した、輝度・階調の測定、DICOM Part 14準拠のキャリブレーションができること。また出荷試験報告書を添付すること。
縦表示時の外観寸法が幅357mm以下、高さ483mm以下、奥行き200mm以下になること。なお高さ調整ができるスタンドの場合は最もスタンドを下げた状態の寸法とする。
PACS画像を表示するために必要となる場合は、以下のビデオボードを用意すること。なお、PCI-Express x16に対応し、ロープロファイルサイズ又はフルサイズ(ハーフピッチ)を選択できること。
電源ユニットをモニターに内蔵していること (ACアダプタ不可)
保証期間は5年間であること。

RX570

高精細高輝度カラーモニタ
今回導入する台数は1台とし、病院指定のモニタと交換すること。
画面サイズは、21.3インチ以上であること。
解像度は、2048×2560(2MP相当)以上であること。
最大輝度は、1200cd/m ² (typ)以上であること。
キャリブレーション推奨輝度500cd/m ² 以上であること。
デュアルリンクDVI入力、DisplayPort入力が各1以上あること。
DisplayPort出力×1を有しており、DisplayPortによるデジチェーン接続が可能なこと。
画面内の輝度均一性を向上させる機能を搭載していること。
表示する画像に応じ、1画素毎にモノクロ・カラー画像を自動判別し、それぞれ適切な階調(DICOM GSDF、γ2.2)で表示が可能なこと。
内蔵センサーは、バックライトセンサー、フロントセンサー、人感センサー、照度センサーを有すること。
モニター筐体内に格納され、利用時のみ画面上に現れる表示を妨げない前面センサーを有し、キャリブレーション、輝度・階調測定が可能なこと。
事前にスケジュール設定をすることで、PC側の電源がOFFでもモニター単独で輝度・階調測定、キャリブレーションが実施できる機能を有していること。
スクリーンセイバーやアプリケーションに連動し画面のON/OFFが自動でできる機能を有していること。
JESRA X-0093に準拠した、輝度・階調の測定、DICOM Part 14準拠のキャリブレーションができること。また出荷試験報告書を添付すること。
縦表示時の外観寸法が幅355mm以下、高さ477mm以下、奥行き200mm以下になること。なお高さ調整ができるスタンドの場合は最もスタンドを下げた状態の寸法とする。
PACS画像を表示するために必要となる場合は、以下のビデオボードを用意すること。なお、PCI-Express x16に対応し、ロープロファイルサイズ又はフルサイズ(ハーフピッチ)を選択できること。
電源ユニットをモニターに内蔵していること (ACアダプタ不可)
保証期間は5年間であること。

MX217

2MPカラーモニタ
今回導入する台数は4台とし、病院指定のモニタと交換すること。
画面サイズは、21.3インチ以上であること。
解像度は、1200×1600以上であること。
最大輝度は、500cd/m ² (typ)以上であること。
キャリブレーション推奨輝度270 cd/m ² , 180 cd/m ² であること。
DVI入力×1、DisplayPort入力×1があること。
DisplayPort出力×1を有しており、DisplayPortによるデイジーチェーン接続が可能なこと。
画面内の輝度均一性を向上させる機能を搭載していること。
表示する画像に応じ、1画素毎にモノクロ・カラー画像を自動判別し、それぞれ適切な階調(DICOM GSDF、γ2.2)で表示が可能なこと。
内蔵センサーは、バックライトセンサー、フロントセンサー、照度センサーを有すること。
モニター筐体内に格納され、利用時のみ画面上に現れる表示を妨げない前面センサーを有し、キャリブレーション、輝度・階調測定が可能なこと。
事前にスケジュール設定をすることで、PC側の電源がOFFでもモニター単独で輝度・階調測定、キャリブレーションが実施できる機能を有していること。
スクリーンセ이버やアプリケーションに連動し画面のON/OFFが自動でできる機能を有していること。
JESRA X-0093に準拠した、輝度・階調の測定、DICOM Part 14準拠のキャリブレーションができること。また出荷試験報告書を添付すること。
縦表示時の外観寸法が幅357mm以下、高さ483mm以下、奥行き200mm以下になること。なお高さ調整ができるスタンドの場合は最もスタンドを下げた状態の寸法とする。
PACS画像を表示するために必要となる場合は、以下のビデオボードを用意すること。なお、PCI-Express x16に対応し、ロープロファイルサイズ又はフルサイズ(ハーフピッチ)を選択できること。
電源ユニットをモニターに内蔵していること (ACアダプタ不可)
保証期間は5年間であること。